


Wykaz zapotrzebowania na wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

L.p.	Nazwa towaru	Opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto	Zdjęcie poglądowe
1.	Dygestorium	<p>Wymiary: min. 1200x 600x1200 mm</p> <p>WYPOSAŻENIE min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja ma być oparta na stelażu stalowym, zewnątrz obudowa ma być laminowana - blat ma być wykonany z ceramiki litej z podniesionym rantem, - system przewietrzania za pomocą wentylatora o mocy min. 350 m3/h. - min. 2 zawory wodne i min. 2 wylewki wody, min. 1 zlewik - standardowy czujnik przepływu powietrza, system bezpieczeństwa AFP - min. 2 gniazda elektryczne 230V, przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej. <p>Dygestorium ma być wyposażone w blat ceramiczny</p>	1 szt.			
				Razem:		

Uwaga!

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy wyposażenia wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, wypakowania sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

*W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp